编号：YNH/AJ-15-68-2017

高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：械注准 20172402202

型号	规格
[illegible]	R1: 6ml×4 R2: 6ml×4 CAL: 1ml×1

外观检查	R1和R2均为无色透明液体，无异物和沉淀			外观
在600nm处，光径1cm时，测量1mmol/L的标准液				分析灵敏度
反应蛋白胆固醇时，△$A_{mmol/L}$ ≥ 0.04	0.1773			
测定参考物质，的测量结果不大于±10%				准确度产品
	偏差1	-4.44%	√	
	浓度2			测定
		0.25%	√	
样品：[illegible]	技术要求		实测数据或结果	
样品数量不少于50			校准品以一批测定，[illegible]	测定浓度
合格。	合格		结论	检验是合