

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.05.11

试剂批号: 22405071

配套稀释液批号: 22404251

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	

外观	无色透明液体, 不得有异物、沉淀或浑浊。	符合要求				√
----	----------------------	------	--	--	--	---

pH值	5.0-7.0	5.5	5.5	5.5	5.5	√
-----	---------	-----	-----	-----	-----	---

电导率	≤100 μS/cm	80	80	80	80	√
-----	------------	----	----	----	----	---

吸光度	≤0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	√
-----	-------	------	------	------	------	---

细菌内毒素	≤0.5 EU/mL	0.1	0.1	0.1	0.1	√
-------	------------	-----	-----	-----	-----	---

热原	≤0.5 EU/mL	0.1	0.1	0.1	0.1	√
----	------------	-----	-----	-----	-----	---

可见光透射比	≥90%	95	95	95	95	√
--------	------	----	----	----	----	---

总固体	≤0.1%	0.05	0.05	0.05	0.05	√
-----	-------	------	------	------	------	---