

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.06.12

试剂批号: 22406041

配套稀释液批号: 22404251

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PJ-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

		检验结果	结果判定
--	--	------	------

项目	技术要求	7.26	7.25	7.26	7.26	判定
空白值	$RBC \leq 0.03 \times 10^{12}/L$	0.00	0.00	0.00	0.00	√
清洗率	$PLT > 10 \times 10^9/L$ 清洗率大于90%	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				合格

