编号：YNDQAL15.111.2014

检验依据：血小板压积（胶原/ADP）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期：2025.09.19　　试剂盒批号：250317

重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	1.09%	√