编号：YNH/AJ-15-111-2011

血小板诱聚剂（胶原）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（胶原）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期：2025.11.27　　试剂盒批号：2251126

试剂盒规格：4ml（1ml×4）　　检验仪器：PL-12

仪器编号：P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量	1.0ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%	1.72%	√

检验人：　　复核人：　　批准人：