高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：粤械注准20172400595

检验日期：2026.01.19　　成品批号：2260115

与造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Simplex	2260115	2026.01.11	1.66mmol/L
自定参考物质	卫生部临床检验中心	GBW(E)100170	/	1.464mmol/L

外观检查	目测瓶内溶液无色透明澄清，无悬浮物及沉淀物	符合要求	√	
空白吸光度测定	于在600nm处，光径1cm时，空白吸光度 A<0.05	0.0068	√	
精密度测定	重复性 CV≤4.0%	1	2.06%	√
		2	3.14%	

检验是否合格：　　结论：