编号：YNHJAJ-15-105-2011

脱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）出厂检验报告

制造商	批号	有效期至	规格(mL)	范围（2SD）		
	20151201		40	0.1917		
检验项目	要求		结果	判定		
净含量测定	不低于标示值。		40	R2 6.2ml	√	
分析灵敏度测定	在 578nm 处，光径 1cm 时，测量 1mg/L 的脱抑素C时，吸光度变化率ΔA≥0.05。		0.1917	√		
精密度测定	重复性	同一批号试剂，测定浓度为 1mg/L 的校准品，所得结果的变异系数 CV≤5%。	3.16%	√		
	批间差	R≤10%。	/			
线性区间	在 0.3mg/L～0.50mg/L 范围内，线性相关系数 r≥0.990。		浓度 4	0.92%		
			浓度 5	0.12mg/L		
稳定性	不超过 10%。					

复核人：　　批准人：　　检验人：