编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22604071

检验日期：2026.04.14　　试剂规格：1L、5L

项目	要求	检测1	检测2	检测3	均值	判定
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10^9/L HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10^9/L	0	0	0	0	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L					