编号：YNHJAJ-15-68-2017

高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

检验日期：2026-04-16　　试剂盒批号：2260414

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021505000006

外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。			符合要求	√
净含量测定	不低于标示值	40 型	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 600nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A＜0.05			0.0063	√
精密度测定		2		3.20%	
	品，相对偏差应不大于 10%。			3.48%	√