紫外可见分光光度计型号：____L5____ 紫外可见分光光度计编号：____077015020215030006____

试剂盒抽检规格。

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色或淡黄色液体，无沉淀，无絮状物	符合规定	√
精密度	CV≤5%	小于 2	1.03%	√	
线性测定	在0.01-3.0吸光度范围内，线性相关系数不低于0.999	浓度 2	160%	√	

复核人：

检验人：