编号：YNH/AJ-15-57-2017

尿素检测试剂盒(酶偶联监测法)出厂检验报告

在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的尿	
批间差 R≤10%。	
浓度 5	0.2mmol/L
精密度：CV≤3%。	
检验是合合格。	合格