编号：YNHAJ-15-58-2017

检验日期：2026-04-22　　试剂盒批号：2260421

生化仪机型：DS-300　　生化仪编号：DSHK3001

紫外可见分光光度计型号：UV5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021505000006

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4　STD：2ml×1

	吸光度变化△$A_{\mu mol/L}$≥2×10^{-4}。			
准确度测定	使用内附校准品校准生化分析仪和试剂后，测定有溯源性的校准品或有证参考物质，相对偏差≤10%。			
精密度测定	重复性CV≤4.0%	0.79%	√	
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√	
检验结论	检验是否合格。	合格		