编号：YNH/A.L-15-49-2017

α-淀粉酶测定试剂盒出厂检验报告（连续监测法）

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401592

检验日期：2026.04.22　　试剂盒批号：20260422

生化仪机型：BS-480　　生化仪编号：SN:E53001

项目	测试2	2260050	2029.01	293U/L	234-352U/L

性能测试				
参考物质，相对偏差不超过±10%	2	1.44%		

浓度 10	3.70U/L	
浓度 11	4.43U/L	

复核人：　　批准人：　　检验人：