编号：YNH/AJ-15.67-2017

总甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172402394

检验日期：2020.04.24

标准品 1	Sinocare	2020-03	5.10mmol/L		
精密度测定	重复测试（2.50±0.50）mmol/L 和（5.00±1.00）mmol/L 的样本，所得结果的变异系数（CV）≤3.00%	CV1	1.08%	√	批内
		CV2	0.42%		
精密度测定	同批对极差（R）≤10.0%	/	/	/	批间
	[0.5,11.0]，相关系数应不小于 0.9950。	0.9998		√	
		浓度 1	0.59%	√	
		浓度 2	3.31%	√	