编号：YNH/AJ-15-57-2011

总胆汁酸测定试剂盒出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：[illegible]

检验日期：2020-04-28　　试剂盒批号：2260424

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DSTKS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：0770150202150500006

型号	规格
160ml	R1：32ml×4；R2：8ml×4 校准品：2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值（μmol/L）	范围（μmol/L）
校准品	Sinnowa	[illegible]	2022-03-25	10.0	[illegible]

终检检验项目	要求		结果	判定
外观检查	R1 为黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。 R2 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	40	R1　34.0ml	√
			R2　8.6ml	√
灵敏度测定	吸光度测定，充位 1cm 时，占 A_{max} 的 2%±1%；		0.30×10²	√
精密度测定	回收率应该在 85.0%-115.0%内。		104.50%	√
过 10%。			浓度 3　7.45%	√
			浓度 4　2.64μmol/L	√
			浓度 5　0.04μmol/L	√

结论：[illegible]　检验员未入场

复核人：[illegible]　检验人：[illegible]