编号：YNBJA1 15 50-2017

甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401825

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

聚处可见分光光度计型号：L5　　聚处可见分光光度计编号：07201502021505009

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
质控品	Randox Humasay control 2	1095UN	2028-05	1.05mmol/L	0.882-1.22mmol/L

分析灵敏度测定	在 510nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的甘油三酯时，吸光度变化 ΔA ≥0.05	0.2637	√	
批间精密度	批间精密度 R＜10%			
试剂的 pH 值	试剂的 pH 值范围为 6.90-7.50	R1	6.93	
空白测定		R2	6.85	
准确度	相对偏差应不大于 10%。			
试剂液外观检查	无色透明液体。	符合要求	√	