编号：YNH/AJ-15-33-2016

# 试剂出厂检验报告

试剂名称：生化分析仪用红细胞稀释液　　试剂批号：2260509

检验日期：2020.05.12　　试剂规格：R1:40ml×4　R2:10ml×4

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 | 符合要求 | | | | √ |
| | | R1:41.0ml | R1:41.0ml | R1:41.0ml | R1:41.0ml | |

NaCl 溶液：25±1℃，pH=7.80±0.05；

YB-5D 二分类血细胞分析仪用溶血剂：PLT≤20×10⁹/L。

检验人：　　复核人：　　批准人：