编号：YNH/AJ-15-47-2017

α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（酶学速率法）出厂检验报告

制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
质控品	Sinnowa Company	20160220	20170105	126U/L	99-163

项目	技术要求	检测结果	判定	备注
精密度测试	批间差 R≤10%。	8%	√	
线性	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9999	√	
		浓度 1	3.33%	
	±10%。	浓度 4	8.43U/L	