编号：YNFJAJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22605071

检验日期：2026.05.13　　试剂规格：1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
RBC稀释液：渗透压	250～350mOsm/kg					
RBC稀释液：pH	7.00±0.05					
HB-3D血细胞分析仪用清洗液：RBC	≤0.5×10⁶/L					
HB-3D血细胞分析仪用清洗液：PLT	≤20×10³/L					
DXP-3D血细胞分析仪用清洗液：HGB	≤2g/L					

检验：　　复核：　　签发：