D 系列生化仪型号：DS-401　　D 系列生化仪编号：DSIKS001

净含量测定	40	R2	9.0ml	√
灵敏度测定	0.040			
绝对偏差				
线性相关系数 r 应不小于 0.9900。				
[25-100]U/L 范围内，线性绝对偏差不超过±	浓度 1	1.45%	√	
	浓度 2	6.52%	√	
10%。	浓度 5	5.830U/L	√	