编号：YNH/AJ-15-67-2017

低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

净含量测定	不低于标示值	40	R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 600nm 处，光径 1cm 时，空白管吸光度 A＜0.05。				
分析灵敏度	在 600nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的低密		0.1890		
	重复测试（2.50±0.50）mmol/L 和（5.00±3.00）	CV	0.95%		