编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检测温度：25.0℃

检测项目	标准	检测结果			判定
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	17.34	17.32	17.33	√
渗透浓度	310±10mOsm/kg	313	312	313	√
空白值	PLT≤2.5×10⁹/L	0	0	0	√