编号：YNHAL15.55.2011

40	R1：32ml×4 R2：8ml×4 校准品：2ml×1			
净含量测定	不低于标示值。	40 型	R1 R2	32.0ml 9.0ml	√ √
空白吸光度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 $A \leqslant 0.100$。		0.0378	√	
吸光度变化率测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，$\triangle A/min \leqslant 0.002$。		0.0002	√	
检测灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，$\triangle A_{\mu mol/L} \geqslant 1.5\times10^{-3}$。		2.75×10^{-3}	√	
准确度测定	测定企业参考品，相对偏差应不超过±10%。		6.46%	√	
			0.9999	√	