编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素测定试剂盒（钒酸盐法）出厂检验报告

校准品	Sinnowa	2206321	2027-05-20	26umol/L
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360033		5.67umol/L
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360033		22.6umol/L

灵敏度测定	在450nm处，光径1cm时，$\Delta A_{umol/L} \geq 1.5\times10^{-3}$	2.22×10^{-3}	/	分析
精密度测定	CV≤3%	1.29%	/	批内精
精密度测定	RSD≤10%。	/	/	批间精
	于0.9900。	0.9999	√	
线性范围测定	浓度1	0.99%	√	线性范围
	浓度2	1.54%	√	
	浓度3	2.54μmol/L	√	
水分含量	校准品水分应不高于5.0%	3.43%	√	校准品水分