检验日期：2026-05-23　　试剂盒批号：2250522

生化仪型号：BS-401　　生化仪编号：BS4K5001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021505000006

试剂盒抽检规格：

型号	规格

检验项目	检验内容	检验结果	判定	备注
吸光度测定	在340nm处，光径1cm时，空白吸光度A≥1.000	1.5359	√	空白吸
稳定性测定	在340nm处，光径1cm时，ΔA/min≤0.004。	0.0012	√	空白吸光度
灵敏度	在340nm处，光径1cm时，测量UV-A的AST时，吸光度变化ΔAmin/min≥2×10⁻⁴。	3.84×10⁻⁴	√	分析灵
批间精密度R≤10%		/	/	

复核人：　　检验人：