编号：XNHJAL-IS-55-2011

# 直接胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验日期：2026-05-27　　试剂盒批号：2260526

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | R1 | 32.5ml | √ |
| | | R2 | 8.0ml | √ |
| 精密度测定 | 批内精密度 | CV≤3%。 | 1.84% | √ |
| | 批间精密度 | R≤10%。 | 1.85% | √ |
| 线性范围测定 | 在线性范围内，线性误差（用相关系数表示）应不小于0.9900。 | | 0.9999 | √ |
| | 0-100μmol/L范围内，线性绝对偏差不超过±10%。 | 浓度1 | 3.48% | √ |
| | | 浓度2 | 6.55% | √ |
| | （100-320）μmol/L范围内，线性相对偏差不超过±10%。 | 浓度3 | 2.61μmol/L | √ |
| | | 浓度4 | 3.61μmol/L | √ |
| | | 浓度5 | 4.37μmol/L | √ |

检验是否合格：　　结论