编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22605281

空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.05×10⁶/L					
	血小板分析仪专用清洗液：PLT＜10×10³/L	√				
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10³/L	0	0	0	0	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L	—	—	—	—	