编号：YNHJAJ-15-67-2017

低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法）出厂检验报告

		GBW09178c	2.996mmol/L		
	测定精密度	测定同一浓度样本，所得结果的变异系数（CV）≤3.0%	CV2	0.27%	√
	线性区间	线性相关系数（r）≥0.990	r	0.9998	√
	校准品准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定标准	符合要求		√