编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P

检验项目	要求	检验结果				检验人
		17.33	17.34	17.33	17.33	
渗透浓度	310±10mOsm/kg	313	314	313	313	