编号：YNH/AJ-15-43-2017

体外诊断试剂（便携式）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：[illegible]

检验日期：2026-06-25　　试剂盒批号：2260624

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

	不低于标示值。	40	40.5ml	√		
准确度测定	测定有证参考物质，相对偏差应不大于5%。	2	-0.5%	√		
精密度测定	R≤5%。	/	/			批
外观检查	无色透明液体。	符合要求				
	使用标准品按生化分析仪和试剂后，测定标准液。					