编号：YNHAJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验日期：2026.07.01　　试剂批号：2260626

试剂规格：4ml（1ml*4）

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	1. 血小板诱聚剂为冻干品，外观为白色或淡黄色疏松粉末； 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.00ml	√
	测定血液标本时，血小板聚集率的批间变异系数（CV）应不高于10%。		
	测定血液标本时，血小板聚集率的批间变异系数（CV）应不		

结论：检验是否合格：　　合格