编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：20260701

检验日期：2026.07.03　　试剂规格：1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				合格
	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH 7.00±0.05	检测温度：25.0℃				
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液，HGB<2g/L					