编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：SBD清洗液　　试剂批号：22607161

血细胞分析仪专用清洗液　RBC≤0.03×10^12/L

HB-3D血细胞分析仪用清洗液　RBC≤0.03×10^12/L

复核人：　　批准人：