编号：YNH/AJ-15-50-2017

甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401825

检验日期：2026.07.20　　试剂盒批号：2260718

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120545

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4，STD：2ml*1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
标准品	Sinnowa	2260718	2027.07.17	2.26mmol/L	
校准参考物质	卫生部临检中心	GBW（00170）	/	0.928mmol/L	

空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度＜0.800。	0.0650	√	
分析灵敏度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的标准工作液，吸光度变化 $\Delta A_{mmol/L} \geq 0.05$。	0.2607	√	
准确度测定	测量参考物质，相对偏差≤±15.0%。	2.91%	√	
线性测定	在 0.20mmol/L～2.03mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过 0.20mmol/L；	浓度 2	5.71%	√
重复性测定	批间偏差应不大于 10%。			
一性测定	瓶间变异系数不超过 5%。	0.42%	√	标准液与
论	检验是否合格。	合格		结