编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：生化分析仪用钙强化清洗液　　试剂批号：2260723

检验日期：2026.07.24　　试剂规格：R1:40ml×4　R2:10ml×4

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
装量	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50；	检测温度：— ℃				
钙含量	≤2g/L；	—	—	—	—	—