编号：YNH/AJ-15-54-2017

碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基酚磷酸盐速率法）出厂检验报告

D 系列生化仪机型：DS-401　　D 系列生化仪编号：DSTK5001

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒抽检规格：

型号	规格

校准品	Randox CAL 5	1674UN	2028-01	178U/L	130U/L

检验项目	要求	结果	测定		
外观检查	R1 为无色透明液体，R2 为无色或淡黄色透明液体，均无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√		
净含量测定	不低于标示值	R1	32.5ml	√	

灵敏度测定	在 405nm 处，光径 1cm 时，测量 120U/L 的 ALP	0.045	√
		0.9997	√
10U/L；	浓度 3	2.80%	√
10%。		3.50U/L	√