编号：YNH/AJ-15-55-2017

磷检测试剂盒出厂检验报告（直接紫外法）

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401598

检验日期：2020-08-18　　试剂盒批号：2200817

生化仪编号：DS1KS001

(0.5-5)mmol/L 范围内，线性相对偏差小超过 10%。	浓度 4	0.01mmol/L	
	浓度 5	0.05mmol/L	
	符合要求		
批内：CV≤5%	0.99%		
批间：CV≤5%	0.97%		
检验是否合格	合格		

复核人：　　批准人：