编号：YNH/AJ-15-108-2011

同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法）出厂检验报告

生化仪型号：DS-401　　生化仪编号：DSJKS001

生化仪软件：Sinnowa高速全自动生化分析仪　　软件版本号：V5.0.1.20240712

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021505006

试剂盒抽检规格：

重复测试（20.0±4.0）μmol/L的样本，CV≤3%	2.78%		
检验是否合格。	合格	结论	