编号：[illegible]

样本稀释液出厂检验报告

检验日期：[illegible]

产品型号：PLR-01　　　　配套清洗液批号：22605281

试剂规格：1L、20L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导率仪	[illegible]
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P

电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃				√
		17.33	17.32	17.33	17.33	
渗透浓度	310±10mOsm/kg	313	313	314	313	
空白值	PLT≤2.5×10⁵/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				