编号：YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素（叠酸共法）测定试剂盒出厂检验报告

	制造商	批号	有效期至	靶值（μmol/L）	范围（μmol/L）
校准品	Sinnowa	2260825	2027-08-24	16umol/L	
[illegible]	Randox Multi Assy Control 2	1694UN	2028-03	17.4umol/L	13.7-21.1umol/L

R1为淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。

R2为淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。

	不低于标示值		R1	[illegible]	√
		40型	R2	[illegible]	√

	浓度4	3.35μmol/L	
	浓度5	4.17μmol/L	
检查	淡黄色疏松粉末。	符合要求	√

校准品外观检