生化仪软件：Sinnowa 高速全自动生化分析仪　　生化仪编号：DSTKS001

PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4　STD：2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	220823	2027-08-23	5.55mmol/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW（09175）	/	11.52mmol/L	
质控品 1	Randox humatrol 2	1309UE	2026-10	6.28mmol/L	5.34-7.22mmol/L
质控品 2	Randox humatrol 3	1309UE	2026-10	15.5mmol/L	13.2-17.8

	要求	结果	判定
外观检查	R1 为无色或淡红色透明液体，R2 为无色透明液体，均无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
装量测定	不低于标示值。	R1　33.0ml	√
		R2　8.8ml	√