编号：YNHJAJ-15-68-2017

检验日期：2026-06-17　　试剂盒批号：2260616

校准品	Shimawa	2260616	2027-06-15	1.6mmol/L	
有证参考物质	卫生部临床检验中心	GBW(E)091728	/	1.464mmol/L	

锌含量测定	不低于标示值	4U型	R1	34.0ml	√
			R2	9.0ml	√

测定	瓶间变异系数不大于5%。	1.09%	√	校准品均一性