高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

线性	线性相对偏差不超过 10%。	浓度 2	1.93%	√
		浓度 3	0.74%	√
		浓度 4	4.84%	√
		浓度 5	8.29%	√
		浓度 6	9.73%	√
检查	冻干粉，复溶后为淡黄色液体。	符合要求		√
校准品准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定校准品，相对偏差应不大于 10%。	0.00%		√