编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22608251

检验日期：2026.08.31　　试剂规格：1L、5L

检验	要求	检验结果				结果
		检测1	检测2	检测3	均值	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	7.12	7.13	7.13	7.13	√
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10⁹/L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L	0.00	0.00	0.00	0.00	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10⁹/L					
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L					