编号：YNH/AJ-15-01-2015

镁测定试剂盒（偶氮胂III法）出厂检验报告

紫外可见分光光度计型号：15　　紫外可见分光光度计编号：3072015020215050006

试剂盒抽检抽取：

	供应商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
质控品	Randox Lab's	1309UE	2026-10	1.91mmol/L	1.68-2.14mmol/L
国家标准物质	中国食品药品检定研究院	260018	/	0.833	/
质控品水平 2	Randox num asy control 3	1309UE	2026-10	1.91mmol/L	1.68-2.14mmol/L

精密度测定	CV≤3%	2.33%	√
批间差测定	R≤7%		
		浓度 1	4.69%