编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：　血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：　22609081

HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10⁹/L	—	—	—	—	
血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L	0.00	0.00	0.00	0.00	
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。				