编号：YNH/AJ-15-58-2017

检验依据：医疗器械产品技术要求编号 苏械注准：20172401751

检验日期：2026.02.21 试剂盒批号：2260920

生化仪机型：DS-401 生化仪编号：DSTRS001

生化仪软件：Sinnowa 高速全自动生化分析仪 软件版本号：V5.0.1.20240722

紫外可见分光光度计型号：L5 紫外可见分光光度计编号：07701502021505000[illegible]

160ml(40) | R1：32ml×4 R2：8ml×4 STD：2ml×1

项目	要求	检验结果	单项结论
试剂空白	R1	53.0mU	
	R2	9.0mU	√
	STD	2.2mU	√
线性	在试剂说明书规定的线性范围内，线性相关系数 r≥0.990	0.9[illegible]	√
准确度	标准液，相对偏差应不大于 10%。	[illegible]	√
精密度	家庭或[illegible]技术规定	[illegible]	[illegible]

Sinnowa control 2 2240522N 2026/5/5 292mg/dl 242.342mg/dl