编号：

试剂盒抽检规格：

型号	规格

样本	Sinnowa	2260424	2027-04-23	100umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360050		82.5umol/L	

准确度测定	测定国家标准品，相对偏差不大于±10%。	水平 2	0.55%	0.00%	0.45%	√
精密度测定	重复性	CV≤5%。	1.07%		√	
	批间差	R≤10%。	\		\	
在试剂测量范围内，线性相关系数，应不小于0.9900。			0.9999		√	
线性		浓度 2	1.17%		√	