编号：YSBAL-15-68-2017

高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（液路法）出厂检验报告

试剂盒抽检规格：

外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√	
净含量测定	不低于标示值	40 型	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 600nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.05		0.0085	√	
线性	在 600nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的高密度脂蛋白胆固醇时，$\Delta A_{1mmol/L} > 0.04$		0.2248	√	
精密度测定	重复性	CV≤4.0%	1	1.29%	√
			2	2.83%	
			3	1.85%	
	批间差	R≤10.0%	/	/	
准确度	10.20-2.50g/L，相关系数应不小于 0.995。		0.9998	√	