	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	22610221	2027-10-20	5.55mmol/L	

R1	33 uL		
R2	9 uL		
STD	23		

批内精密度	CV%<5%	质控品 1	0.59%

测的 PH 值范围是 6.50-7.50	R1	7.48	pH值测定
	R2	7.49	√
测量范围内，线性相关系数r应不小于0.9900	0.9994	√	在试
在mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±	浓度 3	1.03%	√
	浓度 4	0.13mmol /L	√